

Aprob,

Manager

Dr. CHIPURICI ADRIAN MARIUS



CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentația de atribuire în vederea participării la procedura – negociere fara publicare anunt de participare organizată de Spitalul Clinic CF Oradea.

I. **Obiectul** prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziționarea de:

REACTIVI

CPV. 33696000-5

I. PACHET(LOT) DE SEROLOGIE 1

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	CRP LATEX - AGLUTINARE	30	36	36	cutie (100 teste)
2.	ASLO LATEX - AGLUTINARE	12	24	36	cutie (100 teste)
3.	F.R LATEX-AGLUTINARE	6	8	34	cutie (100 teste)
4.	SLE LATEX-AGLUTINARE	2	4	195	cutie (50 teste)
VALOARE ESTIMATIVA / PACHET(LOT) = 3212,00 lei					

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : PACHET (LOT)

Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru pachetul (lotul) nr. 1

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	CRP LATEX - AGLUTINARE	15	18	36	cutie (100 teste)
2.	ASLO LATEX - AGLUTINARE	5	6	36	cutie (100 teste)
3.	F.R LATEX-AGLUTINARE	3	4	34	cutie (50 teste)
4.	SLE LATEX-AGLUTINARE	1	2	195	cutie (50 teste)

Caracteristici reactivi:

CRP – Aglutinare:

Kitul trebuie sa contina: CRP latex, Control Pozitiv, Control negativ, card de test, stirere de unica folosinta.

Sensibilitatea metodei: intre 6mg/L si 250mg/L.

ASLO – latex:

Kitul trebuie sa contina: ASLO latex, Control Pozitiv, Control negativ, card de test, stirere de unica folosinta.

Sensibilitatea metodei: detectarea unei concentratii de 200IU/ml.

FACTOR REUMATOID - latex:

Kitul trebuie sa contina: FR latex, Control Pozitiv, Control negativ, card de test, stirere de unica folosinta.

Sensibilitatea metodei: detectarea unei concentratii de pina la 30IU/ml. Prezenta aglutinarii vizibile indica concentratii mai mare de 30IU/ml.

SLE LATEX-AGLUTINARE

Kitul trebuie sa contina: SLE latex, Control Pozitiv, Control negativ, card de test, stirere de unica folosinta.

MARCAJ CE PT TOTI REACTIVII.**A SE FURNIZA MOSTRA SI PROSPECT – CRP.**

Reactivii sa aiba marcaj CE sau declaratie de conformitate.

Producatorul reactivilor trebuie sa aiba implementat un sistem de certificare a calitatii conform normelor internationale ISO 13485.

Prezentarea mostrelor de catre ofertanti este obligatorie, neprezentarea mostrelor duce la declararea ca neconforma a ofertei.

Licitatia se va finaliza numai dupa prezentarea documentelor solicitate si verificarea mostrelor si dupa ce comisia de evaluare a ofertelor va califica sau nu oferta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in cazul in care un operator economic depune o contestatie care ulterior este respinsa de CNSC sau instanta, sa actioneze respectivul operator in instanta pentru recuperarea eventualelor daune ce pot apare prin intarzierea incheierii contractelor (acorduri cadru), pierderea de fonduri si alte daune.

Prop teh reprezentata prin prospect sau fisa produsului emisa de producator, trebuie sa faca dovada conf specificatiilor tehnice ale produselor oferite cu cele prevazute in caietul de sarcini (descriere si ambalare). Pt ca oferta depusa sa fie declarata conforma, specificatiile tehnice in mod obligatoriu vor corespunde cu fisa tehnica a producatorului si cu specificatiile solicitate in Caietul de sarcini.

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : LOT

II. PACHET (LOT) DE SEROLOGIE 3

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	Test rapid TSH card	1	3	400.00	Cutie cu 20 casete
2.	Test rapid HAV(Ig M) card	1	3	400.00	Cutie cu 25 casete
3.	Test rapid tip caseta PSA , cu control pozitiv si negativ	1	3	400.00	Cutie cu 40 casete Control pozitiv flacon 1 ml, control negativ flacon 1 ml
4.	Test rapid Imunoglobulina Ig E serica totala Card	1	3	500.00	Cutie cu 20 casete
VALOARE ESTIMATIVA / PACHET(LOT) = 5100.00 lei					

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : PACHET (LOT)

Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru pachetul (lotul) nr. 2

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	Test rapid TSH card	1	1	400.00	Cutie cu 20 casete
2.	Test rapid HAV(Ig M) card	1	1	400.00	Cutie cu 25 casete
3.	Test rapid tip caseta PSA , cu control pozitiv si negativ	1	1	400.00	Cutie cu 40 casete Control pozitiv flacon 1 ml, control negativ flacon 1 ml
4.	Test rapid Imunoglobulina Ig E serica totala Card	1	1	500.00	Cutie cu 20 casete

Test rapid TSH card - teste rapide pentru determinare imunocromatografica cantitativa a TSH in ser/plasma.

HAV(Ig M) card - teste rapide pentru determinare imunocromatografica calitativa a anticorpilor HAV Ig M in ser sau plasma.

Test rapid tip caseta PSA - teste rapide pentru determinare imunocromatografica calitativa a PSA in ser/plasma.

Test rapid Imunoglobulina Ig E seric total card -teste rapide pentru determinare imunocromatografica calitativa a Ig E total in ser.

III. PACHET (LOT) MICROCOMPRIATE DE ANTIBIOGRAMA

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima (cutii)	Cantitate maxima (cutii)	Tarif unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	MICROCOMPRIATE AUGMENTIN CONCENTRATIE 20/10 mcg AMC -30	5	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
2.	MICROCOMPRIATE AMPICILIN SULB.CONCENTRATIE 10/10mcg SAM -20	5	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
3.	MICROCOMPRIATE CEFTRIAXON CONCENTRATIE 30 mcg CRO -30	6	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
4.	MICROCOMPRIATE CEFUROXIM CONCENTRATIE 30 mcg CXM -30	6	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
5.	MICROCOMPRIATE GENTAMICIN CONCENTRATIE 10 mcg CN -120	6	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
6.	MICROCOMPRIATE NORFLOXACIN CONCENTRATIE 10 mcg NOR -10	6	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
7.	MICROCOMPRIATE PENICILIN CONCENTRATIE 10 UI P -10	1	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
8.	MICROCOMPRIATE CIPROFLOXACIN CONCENTRATIE 5 mcg CIP -5	5	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
9.	MICROCOMPRIATE MEROPENEM CONCENTRATIE 10 mcg MEM - 10	6	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
10.	MICROCOMPRIATE CEFOPERAZON CONCENTRATIE 75/30 mcg CES -105	6	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
11.	MICROCOMPRIATE CLARITROMICIN CONCENTRATIE 15 mcg CLR -15	3	5	6.3	discuri/cutie(50buc)

12.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 2mcg DA - 2	CLINDAMICINA	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
13.	MICROCOMPRIMATE AMIKACIN CONCENTRATIE 30mcg AK-30		4	6	6.3	discuri/cutie(50buc)
14.	MICROCOMPRIMATE SULFAMETOXAZOL - CONCENTRATIE 1.25/23.45 mcg SXT-25	TRIMETOPRIM	4	6	6.3	discuri/cutie(50buc)
15.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 1 mcg OX-1	OXACILIN	2	4	6.3	discuri/cutie(50buc)
16.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 30 mcg TEC- 30	TEICOPLANIN	2	4	6.3	discuri/cutie(50buc)
17.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 5 mcg LEV- 5	LEVOFLOXACIN	2	4	6.3	discuri/cutie(50buc)
18.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 300 mcg F-300	NITROFURANTOIN	4	6	6.3	discuri/cutie(50buc)
19.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 30 mcg VA -30	VANCOMICINA	2	3	6.3	discuri/cutie(50buc)
20.	MICROCOMPRIMATE BACITRACIN 0,04 U		1	5	6.3	discuri/cutie(50buc)
21.	MICROCOMPRIMATE PIPERACILIN + TAZOACT. CONCENTRATIE 100/10mcg TPZ-100/10		6	8	6.3	discuri/cutie(50buc)
22.	MICROCOMPRIMATE CEFOXITINA concentratie 30 mcg		2	6	8.00	discuri/cutie(50buc)
23.	MICROCOMPRIMATE OPTOCHIN concentratie 5 µg		2	6	8.00	discuri/cutie(50buc)
VALOAREA MAXIMA ESTIMATA/PACHET: 947.50 LEI						

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : PACHET (LOT)

Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru pachetul (lotul) nr. 3

Nr crt.	Denumirea reactivilor		Cantitate minima (cutii)	Cantitate maxima (cutii)	Tarif unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 2/1mcg AMC -30	AUGMENTIN	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
2.	MICROCOMPRIMATE SULB.CONCENTRATIE 10/10mcg SAM -20	AMPICILIN	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
3.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 30 mcg CRO -30	CEFTRIAXON	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
4.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 30 mcg CXM -30	CEFUROXIM	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
5.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 10 mcg CN -120	GENTAMICIN	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
6.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 10 mcg NOR -10	NORFLOXACIN	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
7.	MICROCOMPRIMATE PENICILIN CONCENTRATIE 10 UI P -10		1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
8.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 5 mcg CIP -5	CIPROFLOXACIN	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
9.	MICROCOMPRIMATE CONCENTRATIE 10 mcg MEM - 10	MEROPENEM	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)

10.	MICROCOMPRIMATE CEFOPERAZON SULB. CONCENTRATIE 75/30 mcg CES -105	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
11.	MICROCOMPRIMATE CLARITROMICIN CONCENTRATIE 15 mcg CLR -15	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
12.	MICROCOMPRIMATE CLINDAMICINA CONCENTRATIE 2mcg DA - 2	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
13.	MICROCOMPRIMATE AMIKACIN CONCENTRATIE 30mcg AK-30	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
14.	MICROCOMPRIMATE TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL CONCENTRATIE 1.25/23.45 mcg SXT-25	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
15.	MICROCOMPRIMATE OXACILIN CONCENTRATIE 1 mcg OX-1	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
16.	MICROCOMPRIMATE TEICOPLANIN CONCENTRATIE 30 mcg TEC- 30	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
17.	MICROCOMPRIMATE LEVOFLOXACIN CONCENTRATIE 5 mcg LEV- 5	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
18.	MICROCOMPRIMATE NITROFURANTOIN CONCENTRATIE 300 mcg F-300	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
19.	MICROCOMPRIMATE VANCOMICINA CONCENTRATIE 30 mcg VA -30	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
20.	MICROCOMPRIMATE BACITRACIN 0,04 U	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
21.	MICROCOMPRIMATE PIPERACILIN + TAZOBACT. CONCENTRATIE 100/10mcg TPZ-100/10	1	2	6.3	discuri/cutie(50buc)
22.	MICROCOMPRIMATE CEFOXITINA concentratie 30 mcg	1	2	8.00	discuri/cutie(50buc)
23.	MICROCOMPRIMATE OPTOCHIN concentratie 5 µg	1	2	8.00	discuri/cutie(50buc)

Prezentarea mostrelor de catre ofertanti este obligatorie, neprezentarea mostrelor duce la declararea ca neconforma a ofertei.

Reactivii sa aiba marcaj CE sau declaratie de conformitate.

Producatorul reactivilor trebuie sa aiba implementat un sistem de certificare a calitatii conform normelor internationale ISO 13485.

Licitatia se va finaliza numai dupa prezentarea documentelor solicitate si verificarea mostrelor si dupa ce comisia de evaluare a ofertelor va califica sau nu oferta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in cazul in care un operator economic depune o contestatie care ulterior este respinsa de CNSC sau instanta, sa actioneze respectivul operator in instanta pentru recuperarea eventualelor daune ce pot apare prin intarzierea incheierii contractelor (acorduri cadru), pierderea de fonduri si alte daune.

MOSTRA SI PROSPECT pentru MICROCOMPRIMATE NORFLOXACIN

Propunerea tehnica reprezentata prin prospect sau fisa produsului emisa de producator, trebuie sa faca dovada conf specificatiilor tehnice ale produselor oferite cu cele prevazute in caietul de sarcini (descriere si ambalare). Pt ca oferta depusa sa fie declarata conforma, specificatiile tehnice in mod obligatoriu vor corespunde cu fisa tehnica a producatorului si cu specificatiile solicitate in Caietul de sarcini.

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : LOT

IV. PACHET REACTIVI MICROBIOLOGIE II

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : PACHET (LOT)

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	MEDIU API 20E REF 50110	1	4	410	KIT (25 TESTE)
2.	TULPINI DE REFERINTA STAFILOCOCCUS AUREUS NCTC12981/ATCC25923	1	2	260	FLACON X 10 COMP.
3	TULPINI DE REFERINTA ESCHERICHIA COLI NCTC 12241/ATCC 25922	1	2	220	FLACON X 10 COMP.
4	TULPINI DE REFERINTA PSEUDOMONAS AERUGINOSA NCTC 12903/ATCC 27853	1	2	260	FLACON X 10 COMP.
VALOARE MAXIMA ESTIMATA PACHET:					2.280,00 LEI

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : PACHET (LOT)

Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru pachetul (lotul) nr. 4

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	MEDIU API 20E REF 50110	1	1	410	KIT (25 TESTE)
2.	TULPINI DE REFERINTA STAFILOCOCCUS AUREUS NCTC12981/ATCC25923	1	1	260	FLACON X 10 COMP.
	TULPINI DE REFERINTA ESCHERICHIA COLI NCTC 12241/ATCC 25922	1	1	220	FLACON X 10 COMP.
2.	TULPINI DE REFERINTA PSEUDOMONAS AERUGINOSA NCTC 12903/ATCC 27853	1	1	260	FLACON X 10 COMP.

Prezentarea mostrelor de catre ofertanti este obligatorie, neprezentarea mostrelor duce la declararea ca neconforma a ofertei.

Licitatia se va finaliza numai dupa prezentarea documentelor solicitate si verificarea mostrelor si dupa ce comisia de evaluare a ofertelor va califica sau nu oferta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in cazul in care un operator economic depune o contestatie care ulterior este respinsa de CNSC sau instanta, sa actioneze respectivul operator in instanta pentru recuperarea eventualelor daune ce pot apare prin intarzierea incheierii contractelor (acorduri cadru), pierderea de fonduri si alte daune.

MOSTRA SI PROSPECT pentru MEDIU API 20E REF 50110

Reactivii sa aiba marcaj CE sau declaratie de conformitate.

Producatorul reactivilor trebuie sa aiba implementat un sistem de certificare a calitatii conform normelor internationale ISO 13485.

Propunerea tehnica reprezentata prin prospect sau fisa produsului emisa de producator, trebuie sa faca dovada conformitatii specificatiilor tehnice ale produselor oferite cu cele prevazute in caietul de sarcini (descriere si ambalare). Pt ca oferta depusa sa fie declarata conforma, specificatiile tehnice in mod obligatoriu vor corespunde cu fisa tehnica a producatorului si cu specificatiile solicitate in Caietul de sarcini.

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : LOT

V. PACHET REACTIVI URINI SI CONSUMABILE URISCAN PRO II

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : PACHET (LOT)

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	STRIPURI URISCAN GEN SEL	95	100	75	cutie (100 strip)
2.	STRIPURI PT CALIBRARE URISCAN	1	2	88	cutie (100 strip)
3.	URINA CONTROL LEVEL 1,2,3	12	24	230	cutie x 3 FLAC PULBERE
4.	TEST CARD RAPID TIP CASETA PT. DETERMINAREA MICROALBUMINURIEI	1	3	200	cutie cu 25 casete si card de referinta
VALOARE MAXIMA ESTIMATIVA / PACHET (LOT) = 13.196,00 lei					

Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru pachetul (lotul) nr. 5

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Pret unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	STRIPURI URISCAN GEN SEL	48	50	75	cutie (100 strip)
2.	STRIPURI PT CALIBRARE URISCAN	1	1	88	cutie (100 strip)
3.	URINA CONTROL LEVEL 1,2,3	6	12	230	cutie x 3 FLAC PULBERE
4.	TEST - CARD RAPID TIP CASETA PT. DETERMINAREA MICROALBUMINURIEI	1	2	200	Cutie cu 25 casete

Caracteristici reactivi:

STRIPURI URISCAN GEN SEL – strip tip bandeleta pentru determinarea parametrilor urinari, bandeleta cu 11 determinari.

STRIP CALIBRARE URISCAN – strip necesar calibrarii analizorului pentru determinarea parametrilor urinari URISCAN

URINA CONTROL LEVEL 1,2,3 – Urina testata sa monitorizeze si sa mentina acuratetea si precizia testelor de urina si a analizorului de urina. Produsul sa prezinte stabilitate in timp cu posibilitate de prelungire a stabilitatii dupa reconstituire si congelare. Sa se poata efectua minim 20 de determinari din fiecare flacon, materialele din flaconul nedeschis trebuie sa fie valabile pana la data inscrisa pe ambalaj. Dupa deschidere sa ramana valabil minim 10 zile pastrat la 2- 8 grade. Fiecare lot sa contina certificatele de calitate si tabelele cu parametrii specifici lotului livrat.

TEST CARD RAPID TIP CASETA PT. DETERMINAREA MICROALBUMINURIEI. Principiul metodei se bazează pe inhibiția imunocromatografică competitivă în care HSA imobilizată în membrană concurează cu HSA care poate fi prezentă în urină, determinând o legare limitată a acesteia la nivelul situsurilor de legare a anticorpilor. Anticorpilor monoclonali specifici împotriva HSA sunt conjugați cu aur coloidal și depozitați într-o zonă tampon. Zona de test (T) este acoperită cu HSA. Atunci când proba de urină este adăugată, se rehidratează zona tampon acoperită cu anticorpi monoclonali conjugați cu aur coloidal și aceștia migrează prin capilaritate spre fereastra zonei de test (T) unde are loc reacția. Dacă HSA nu este prezentă sau ea se află în proba de urină testată în concentrații mai mici de 100 µg/ml, va apărea o linie de test de culoare roz în zona de test (T). Oricum, intensitatea liniei de test este invers proporțională cu

linie de test vizibilă în zona de test (T). În zona de control (C) a casetei va apărea o linie de control de culoare roz după ce reacția este finalizată și care servește drept control intern pentru acest test, fiind utilă în validarea acestuia. Absența acestei linii de control în zona de control (C) este un indicator al unui test invalid.

MARCAJ CE PENTRU TOTI REACTIVII.

A SE FURNIZA MOSTRA SI PROSPECT- stripuri biochimie urinara si caseta pentru detectia microalbuminuriei.

Prezentarea mostrelor de catre ofertanti este obligatorie, neprezentarea mostrelor duce la declararea ca neconforma a ofertei.

Reactivii sa aiba marcaj CE sau declaratie de conformitate.

Producatorul reactivilor trebuie sa aiba implementat un sistem de certificare a calitatii conform normelor internationale ISO 13485.

Licitatia se va finaliza numai dupa prezentarea documentelor solicitate si verificarea mostrelor si dupa ce comisia de evaluare a ofertelor va califica sau nu oferta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in cazul in care un operator economic depune o contestatie care ulterior este respinsa de CNSC sau instanta, sa actioneze respectivul operator in instanta pentru recuperarea eventualelor daune ce pot apare prin intarzierea incheierii contractelor (acorduri cadru), pierderea de fonduri si alte daune.

Prop teh reprezentata prin prospect sau fisa produsului emisa de producator, trebuie sa faca dovada conf specificatiilor tehnice ale produselor oferite cu cele prevazute in caietul de sarcini (descriere si ambalare). Pt ca oferta depusa sa fie declarata conforma, specificatiile tehnice in mod obligatoriu vor corespunde cu fisa tehnica a producatorului si cu specificatiile solicitate in Caietul de sarcini.

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : LOT

VI. PACHET (LOT) HEMATOLOGIE PENTRU DETERMINARE GRUP SANGVIN

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Tarif unitar fara TVA	Descriere (impachetare)
1.	SER ANTI A PT. GRUP SANGVIN	2	4	23	flacon (10 ml)
2.	SER ANTI B PT. GRUP SANGVIN	2	4	23	flacon (10 ml)
3.	SER ANTI RH	1	2	55	flacon (10 ml)
VALOARE MAXIMA ESTIMATIVA / PACHET(LOT) = 294,00 lei					

Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru pachetul (lotul) nr.6

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Descriere (impachetare)
1.	SER ANTI A PT. GRUP SANGVIN	1	2	flacon (10 ml)
2.	SER ANTI B PT. GRUP SANGVIN	1	2	flacon (10 ml)
3.	SER ANTI RH	1	2	flacon (10 ml)

Caracteristici reactivi:

SER ANTI A- ser anti A pentru determinare grup sangvin – flacon 10ml.

SER ANTI B- ser anti B pentru determinare grup sangvin – flacon 10ml.

SER ANTI RH- ser anti RH (anti D) pentru determinare RH sangvin – flacon 10ml.

A SE FURNIZA MOSTRA SI PROSPECT- ser anti RH.

Reactivii sa aiba marcaj CE sau declaratie de conformitate.

Producatorul reactivilor trebuie sa aiba implementat un sistem de certificare a calitatii conform normelor internationale ISO 13485.

Prezentarea mostrelor de catre ofertanti este obligatorie, neprezentarea mostrelor duce la declararea ca neconforma a ofertei.

Licitatia se va finaliza numai dupa prezentarea documentelor solicitate si verificarea mostrelor si dupa ce comisia de evaluare a ofertelor va califica sau nu oferta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in cazul in care un operator economic depune o contestatie care ulterior este respinsa de CNSC sau instanta, sa actioneze respectivul operator in instanta pentru recuperarea eventualelor daune ce pot apare prin intarzierea incheierii contractelor (acorduri cadru), pierderea de fonduri si alte daune.

Prop teh reprezentata prin prospect sau fisa produsului emisa de producator, trebuie sa faca dovada conf specificatiilor tehnice ale produselor oferite cu cele prevazute in caietul de sarcini (descriere si ambalare). Pt ca oferta depusa sa fie declarata conforma, specificatiile tehnice in mod obligatoriu vor corespunde cu fisa tehnica a producatorului si cu specificatiile solicitate in Caietul de sarcini.

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : LOT

VII. PACHET (LOT) : IMUNOLOGIE (IMUNODIFUZIE RADIALA)

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Tarif unitar fara TVA	Descriere(impachetare)
1.	Placi pentru imunodifuzie radiala C4 RID	4	10	93.00	placi (x 15 teste)
2.	Placi pentru imunodifuzie radiala C3 RID	4	10	93.00	placi (x 15 teste)
3.	Placi pentru imunodifuzie radiala IgA/IgG/IgM RID	4	10	93.00	placi (3x 5 teste)
4.	Control intern multiparametru Multiset multiparametru pentru α 1 acid glicoproteina, C3, C4, IgA, IgG, IgM si transferina.	4	10	200.00	Cutie (4x1 ml)
VALOARE MAXIMA ESTIMATIVA / PACHET(LOT) = 4790.00 lei					

Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru pachetul (lotul) nr. 7

Nr. crt.	Denumirea reactivilor	Cantitate minima	Cantitate maxima	Descriere(impachetare)
1.	Placi pentru imunodifuzie radiala C4 RID	1	3	placi (x 15 teste)
2.	Placi pentru imunodifuzie radiala C3 RID	1	3	placi (x 15 teste)
3.	Placi pentru imunodifuzie radiala IgA/IgG/IgM RID	1	3	placi (3x 5 teste)
4.	Control intern multiparametru Multiset multiparametru pentru α 1 acid glicoproteina, C3, C4, IgA, IgG, IgM si transferina.	1	3	Cutie (4x1 ml)

Caracteristici reactivi:

Placile sunt gata de lucru si contin gel de agaroză cu antisero specific proteinelor ce urmeaza a fi analizate. Placile sa fie valabile 2 saptamani dupa prima utilizare daca sunt pastrate bine inchise la 2-8 grade celsius.

Unitatea de masura per care se va compara pretul va fi : LOT

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică descrierea caracteristicilor de calitate ale produselor solicitate de către Spitalul Clinic CF Oradea.

II. Livrarea produselor.

Livrarea produselor se va face de către furnizor franco – **Laboratorul Spitalului Clinic CF Oradea** respectiv **Laboratorul Ambulatoriului de Specialitate Satu Mare**, în cantitățile solicitate de către beneficiar și numai pe baza unei comenzi ferme emisă de către Spitalul Clinic CF Oradea prin fax.

Nelivrarea produselor în termenul stabilit duce la anularea comenzii și aprovizionarea Spitalului Clinic CF Oradea cu respectivele produse de la alt furnizor, conform reglementărilor în vigoare.

Produsele livrate vor fi însoțite în mod obligatoriu de:

- aviz de expediție
- factura în original
- manual de utilizare tradus în limba română.

III. Recepția produselor.

Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediul Spitalului Clinic CF Oradea – Laborator, respectiv Ambulator de Specialitate Satu Mare - Laborator, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepția produselor și potrivit clauzelor contractuale asumate.

IV. Transportul produselor.

Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul Spitalului Clinic CF Oradea respectiv Ambulatoriu de Specialitate Satu Mare.

V. Ambalarea.

Produsele vor fi ambalate corespunzător, astfel încât caracteristicile lor calitative și cantitative să nu fie atinse.

Director financiar contabil

Ec. Dacin Florin

Director medical

Dr. Sandor Huniadi Mircea Ioan

Medic Sef Laborator analize medicale-Oradea

Dr. Negrean Rodica

Laborator analize medicale-Satu-Mare

Biolog Lorincz Crina

Intocmit,

Birou achizitii publice

Ec. **Bogdan Ramona**